

FONTOS INFORMÁCIÓ

- A felhelyezést megelőzően érdemes ultrahangos vizsgálatot végezni, hogy nőgyógyásza megbizonyosodhasson róla, hogy az Ön méhének formája és mérete alkalmas az IUB™ Rézgyöngy befogadására.
- Ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az IUB™ Rézgyöngy megfelelően lett felhelyezve, a beavatkozást követő 5 napban ajánlott elkerülni a szexuális érintkezést, illetve a tampon, valamint a menstruációs kehely használatát.
- Lépjen kapcsolatba nőgyógyászával, ha:
 - úgy gondolja, terhes
 - fájdalmat érez a medencetájékán vagy közösülés közben
 - szokatlan folyása van, vagy fájdalmat érez a nemi szervében
 - indokolatlanul lázasnak bizonyul
 - valószínűnek tartja, hogy szexuális úton terjedő betegséget kapott el
 - nem érzi az IUB™ Rézgyöngy eltávolító szálait, vagy úgy érzi, hogy sokkal hosszabbak
 - az eltávolító szálakon kívül az IUB™ Rézgyöngy bármely más részét is ki tudja tapintani
 - ha Ön vagy partnere HIV-pozitív eredményt kap
 - súlyos és nem szűnő vaginális vérzést tapasztal
 - kimarad egy ciklusa
- Az IUB™ Rézgyöngy nem véd a HIV-fertőzéssel (AIDS) és más nemi úton terjedő betegségekkel szemben. Óvszer használata ajánlott, amennyiben gyakran vált partnert.
- 4-12 héttel a felhelyezés után ajánlott bejelentkeznie egy ellenőrző vizsgálatra
- A Rézgyöngy vásárlói cseregaranciája a felhelyezést követő 3 hónapban, kizárólag kilökődés vagy más, ennél súlyosabb mellékhatás esetén kérvényezhető. A csere engedélyezése a gyártó diszkrecionális döntésén múlik.